

20.02.2017

אזהרה לציבור- החזרה יזומה מהשוק של התכשיר גלוקגן היפוקיט 1 מ"ג (Glucagen Hypokit 1 mg) אצווה FS60D57

עקב קושי בפתיחת האריזה החיצונית של גלוקגן היפוקיט 1 מ"ג אצווה **FS60D57**, תאריך תפוגה נובמבר 2017, בשל תווית פלסטיק שהודבקה לצורך סגירת האריזה החיצונית של אצווה זו. חברת נובו נורדיסק בע"מ בשיתוף משרד הבריאות הישראלי, מבקשת להנחות את המטופלים שיש ברשותם אריזה של התכשיר מאצווה זו להחזיר אריזות אלו לבית המרקחת ממנו נרכשו.



מספר האצווה

אם ברשותכם תכשיר גלוקגן היפוקיט 1 מ"ג מאצוות אחרות, סגירת האריזה תקינה ואין צורך להחזירו.

התכשיר גלוקגן היפוקיט 1 מ"ג מיועד לטיפול במצבים קשים של ירידת סוכר בדם, שעלולים להתרחש בחולי סוכרת הנוטלים אינסולין להפחתת רמות סוכר.

לשאלות ובירורים בנושא ניתן לפנות ל:

1-700-50-41-22

callcenter@care4life.co.il