

טופס מענה טכני

(אין בטופס זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות במפרט)

ספק: _____

דגם: _____ (אם מציעים יותר מדגם אחד, יש למלא טופס לכל מענה טכני עבור כל דגם)

תכונה	פרטים (יש לסמן בעיגול)	דרישות המכרז	למילוי ע"י הספק (תיאור הפריט והערות נוספות)
כללי			
יש לפרט יתרונות של המערכת, מעבר לאמור במפרט		יתרון	
נדרשת אינטגרציה מלאה של רכיבי המערכת	יש/אין	דרישה הכרחית	
שונות			
כל אנדוסקופ יסופק במזוודת נשיאה מתאימה	יש/אין	דרישה הכרחית	
וידאו-אנדוסקופים (קולונוסקופים וגסטרוסקופים)			
תעלת ביופסיה בצד המכשיר.	יש/אין	דרישה הכרחית	
בעלי טכנולוגיית התקן CCD צבעוני.	יש/אין	דרישה הכרחית	
היעדר סינוור והצללה בתמונה המתקבלת.			
יכולת התזת מים	יש/אין	דרישה הכרחית	
יחידת קולונוסקופ			
אורך עבודה (WORKING LENGTH) 170 ס"מ לכל הפחות		דרישה הכרחית	
זווית הורדה והעלאה 180 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
זווית הפניה ימינה ושמאלה 160 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
תצוגת תמונה – מסך מלא	יש/אין	דרישה הכרחית	
יחידת גסטרוסקופ			
זווית ראייה 120 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
קוטר פנימי של תעלת עבודה 3.2 מ"מ לפחות		דרישה הכרחית	
קוטר חיצוני 9.8 מ"מ או דומה		דרישה הכרחית	
אורך עבודה (WORKING LENGTH) 100 ס"מ לכל הפחות		דרישה הכרחית	
זווית ההורדה (במעלות) 90 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
זווית העלאה(במעלות) 210 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
זווית הפניה ימינה ושמאלה (במעלות) 100 מעלות לפחות		דרישה הכרחית	
תצוגת התמונה במסך מלא	יש/אין	דרישה הכרחית	

			יש לציין נתוני יכולת ניפוח ושאיבה
			פרוססור + מקור אור
			סוג הנורה - הלוגן או קסנון
			נורה - יש לפרט אורך חיים בשעות עבודה
	דרישה הכרחית	יש/אין	יכולת כוונון אוטומטי של התאורה תוך כדי עבודה, למניעת סנוור והצללה
	דרישה הכרחית	יש/אין	מאפשר INPUT/OUTPUT דיגיטלי צבעוני
	דרישה הכרחית	יש/אין	כולל מקלדת
			מוניטור (צג)
	דרישה הכרחית	יש/אין	מסך המיועד לשימוש רפואי (MEDIC)
	דרישה הכרחית		גודל מסך 17" לפחות
	דרישה הכרחית	יש/אין	התמונה המתקבלת תוצג במלוא שטח הצג
		יש/אין	יש לציין שם יצרן מקורי ודגם
	דרישה הכרחית	יש/אין	היה והמוניטור המוצע נרכש מספק שאינו היצרן של המכשור, נדרש אישור יצרן מערכת המכשור, כי המוניטור המוצע מתאים מבחינה בטיחותית לעבודה עם מערכת המכשור לחדר גסטרו
	דרישה הכרחית	יש/אין	המוניטור יכול להתלה מתאים לקיר או לתקרה, לבחירה על ידי מכבי
			נדרש צג ברמה דיאגנוסטית גבוהה מבחינת רזולוציה, בהירות וצבע
			עגלה
	מכבי לא מתחייבת לרכוש		עגלה ייעודית, המתואמת לחלוטין למכשור המוצע
			מספר מדפים
		יש/אין	יכולת התאמת גובה מדף
		יש/אין	מעמד לביופטרים
		יש/אין	מתלים ל-2 וידאו-אנדוסקופים
		יש/אין	מדף נשלף למקלדת
		יש/אין	מגירה

		יש/אין	גלגלים עם מעצורים לשני גלגלים לפחות
			חיבורים לממשק למערכות מכבי
	דרישה הכרחית		יציאות S לפחות 2
	יתרון		למכשירים בעלי תמיכה ב-HD
	יתרון		לפרוטוקול תמיכה ב-DICOM
			שונות
			יש לפרט עמידה בתקנים הבין לאומיים והישראליים המקובלים, לרבות תקני בטיחות
	דרישה הכרחית		האם הדגמים המוצעים הנם הדגמים החדשים ביותר המוצעים על ידי היצרן?
	דרישה הכרחית		האם יש צורך בציווד ייעודי לבדיקת אטימות לפני שטיפה? (אם כן – יש לספק ללא תוספת עלות)
	דרישה הכרחית	יש/אין	המציע מעסיק לפחות שני אנשי שירות מוסמכים מטעם היצרן לטיפול ולתחזוקה של ציוד לחדר הגסטרו, על כל רכיביו, וכל השירותים הכרוכים בכך.
	דרישה הכרחית	יש/אין	יפורטו שמות שני אנשי שירות/טכנאים, שהוסמכו על ידי היצרן לביצוע פעולות אחזקה ותיקון מכשור חדר הגסטרו.
	דרישה הכרחית	יש/אין	בידי המציע היכולת לספק שרות ותיקונים על פי הוראות היצרן.
	דרישה הכרחית	יש/אין	נדרשת התאמה למכונות השטיפה אשר בשימוש במכוני גסטרו במכבי – CleanTopWMS
			בטיחות חשמלית
			יש לפרט את האמצעים הטכניים לשמירת בטיחות חשמלית של המטופל ושל המפעילים במערכת הציוד. יש לציין את סוג ההגנה ורמתה (CLASS, TYPE)
			התקנה
			על המציע לפרט את כל הדרישות והסידורים הנוגעים להצבת המיכשור באתר מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל ודרישות להגנת המיכשור בהפעלה השוטפת ובהפסקות חשמל או שינויי מתחים וזרמים. למען הסר ספק, מכלולים אלו (אל פסק או כל

			מכלול אחר הדרוש) יהיו על חשבון הזוכה ובאחריותו. סידורים פיזיים הנוגעים להצבת המיכשור יהיו באחריות מכבי ועל חשבונה.
		יש/אין	המערכת תופעל מרשת החשמל של 230 V ולא תושפע משינויים של 10% במתח הרשת. תקעי המתח של המערכת ושל מכשירים הנכללים בה וכן שקעי מתח, אם קיימים, יהיו לפי התקן הישראלי.