

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא רכש ושירות עבור משקפי פרנזל במכוני הפיזיותרפיה במכבי

(להלן "הבקשה")

1. כללי

- 1.1 מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת לקבל מידע לרכש ושירות עבור משקפי פרנזל במכוני הפיזיותרפיה במכבי (להלן – "המוצרים והשירותים"), כמפורט בבקשה.
- 1.2 את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה הבקשה המצורף ולשלוח אל מאור שרגא לדואר אלקטרוני shraga_ma@mac.org.il עד תאריך 25.06.2024
- 1.3 פרסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
- 1.4 מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.
- 1.5 אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר למפורט בבקשה זו – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.
- 1.6 במידת הצורך, רשאית מכבי להתנסות, ללא חיוב, ביחידה אחת עבור בדיקת איכות (אבלואציה). הפריטים בשלב הבדיקה יהיו ללא עלות למכבי ועל חשבון הספק. בסיום הבדיקה, הספק לא ימשיך לספק את הפריטים ללא חתימה על הסכם וקבלת הזמנה ממוחשבת מטעם מכבי, למעט מצב שבו ממשיך לספק אותם ללא עלות.
- 1.7 מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע (כולו או חלקו) שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

2. תיאור כללי של הדרישות המקצועיות לנשוא הבקשה

2.1. רקע לבקשה:

- המערכת מיועדת לשימוש במכוני הפיזיותרפיה בפריסה ארצית, כחלק מהליך בדיקה וסטיבולרית למטופלים הסובלים מסחרחורות.
- שירות הפיזיותרפיה במכבי מספק טיפול בתחום הווסטיבולארי לכלל מבוטחי הקופה בגישה ישירה. לשם כך קיימת דרישה לאמצעי הערכה שיאפשר בדיקה של תנודות העין בתנחות שונות כדי להגיע לאבחנה נכונה באופן מיטבי.

2.2. מפרט:

- בהתאם לכך נבקש הצעות ומידע מספקים שונים הרואים עצמם מתאימים לספק את נשוא הבקשה בהתאם לאחד או לשני המפרטים הבאים (יש למלא התייחסות מפורטת לגבי המפרט בטבלאות בסעיף 3.3):
- יש חשיבות בציון אישור אמ"ר למערכת המוצעת, במידה ואין אישור אמ"ר יש לציין את כל האישורים שיש למכשיר.

2.2.1. אביזר בעל עדשות אופטיות

- 2.2.1.1 בעל תאורה פנימית
- 2.2.1.2 ספק כוח נייד/סוללה נטענת
- 2.2.1.3 עדשות 18-20 + דיאופטר
- 2.2.1.4 בעל אפשרות אחיזה יציבה לראש לשימוש בטוח בזמן טיפול במנחי ראש משתנים כולל רצועה לראש המאפשרת הנחת המשקפיים ללא אחיזה בהם

2.2.2. אביזר בעל עדשות וידאו

- 2.2.2.1 משקפי וידאו המאפשרים זיהוי ניסטגמוס בחושך (ביטול פיקסציה מלא)
- 2.2.2.2 משקפי וידאו צריכים להיות בעלי תצוגה על המשקף ו/או חיבור למסך לתצוגה מוגדלת (חיבורים: RGB, HDMI וכד')
- 2.2.2.3 עדיפות ליכולת הקלטה דרך מחשב
- 2.2.2.4 בעל אפשרות אחיזה יציבה לראש לשימוש בטוח בזמן טיפול במנחי ראש משתנים כולל רצועה לראש המאפשרת הנחת המשקפיים ללא אחיזה בהם.
- 2.2.3 נודה לקבלת תשובות מכל ספק הרואה עצמו מתאים לאיזה מן המרפטים לעיל.
- 2.2.4 יש לצרף לטופס ההצעה אישורי אמ"ר ככל שישנם כאלה ולהוסיף התייחסות לכך ע"ג טבלת הדרישות בטופס (עדיפות לאישור אמ"ר ככל שישנו כזה).
- 2.2.5 יש לצרף כל תקן איכות או רפואי רלוונטי ככל שישנו כזה לנשוא ההצעה.

3. טופס ההצעה (מהווה את נספח א' להסכם)

- 3.1 התאגיד המציע: _____
- 3.2 יצרן: _____
- 3.3 שם המוצר: _____
- 3.4 דגם: _____
- 3.5 ארץ ייצור: _____
- 3.6 ותק הטכנולוגיה בארץ/בעולם: _____

3.7. לקוחות מרכזיים למוצר/שירות:

חברה	ותק במכירת המוצר / שירות	איש קשר	טלפון

3.8. מענה טכני ::

3.8.1 אביזר בעל עדשות אופטיות

תיאור הדרישה	קיים (כן/לא)	פירוט נוסף/אפשרות פיתוח
בעל תאורה פנימית		
ספק כוח נייד/סוללה נטענת		
עדשות 18-20 + דיאופטר		
אחיזה יציבה לראש לשימוש בטוח		
רצועה לראש המאפשרת הנחת המשקפיים		

3.8.2 אביזר בעל עדשות וידאו

תיאור הדרישה	קיים (כן/לא)	פירוט נוסף/אפשרות פיתוח
זיהוי ניסגמוס בחושך (ביטול פיקסציה מלא)		
בעלי תצוגה על המשקף ו/או חיבור למסך לתצוגה מוגדלת		
עדיפות ליכולת הקלטה דרך מחשב		
אחיזה יציבה לראש לשימוש בטוח		
רצועה לראש המאפשרת הנחת המשקפיים		

3.9. הערכת מחיר המוצר :

מוצר	אומדן כמות שנתי ביחידות	הערכת מחיר לאספקה לסניפי מכבי בפרישה ארצית	מטבע
מערכת אופטית	15		
מערכת וידאו	5		
עלויות תוכנה/רישיון ככל שישנם			

יש לפרט בהערכת המחיר את הפרטים הבאים :

- מה כוללת המערכת המוצעת לרבות כל הרכיבים הנדרשים להפעלתה התקינה
- אחריות לשנה
- רשימת חלפים הנדרשים למערכת המוצעת
- עלויות תוכנה משוערות
- עלויות רישוי משוערות
- תקופת היערכות נדרשת לתחילת אספקות : _____

3.10. הערכת עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות :

אופן התחזוקה	פרוט	מחיר	מטבע מחיר	הערה
תיקון תקלות וקלקולים	עלות טכנאי - כולל עבודה ונסיעה		ש"ח	
תיקון תקלות וקלקולים	עלות מכסימלית לקריאה אחת		ש"ח	
אחזקה מונעת	עלות שנת אחריות נוספת		ש"ח	
אחזקה מונעת	טיפול תקופתי (אם נדרש)		ש"ח	
חלקי חילוף	אחוז הנחה מינימלי על חלקי חילוף ממחירון הספק לשוק המוסדי		%	

מכבי שומרת לעצמה הזכות לבחור את אופן ההתקשרות לנושא האחזקה.

3.11. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 3.11.1. טופס מענה טכני
- 3.11.2. מפרט מלא של המוצע
- 3.11.3. תקני איכות
- 3.11.4. אישור אמ"ר
- 3.11.5. פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר.

3.12. הערות:

- 3.12.1. האומדן הינו הערכה בלבד.
- 3.12.2. המחירים אינם כוללים מע"מ.
- 3.12.3. אין להציע מחיר עם יותר מ-2 ספרות אחרי הנקודה.
- 3.12.4. ניתן להציע הצעות בש"ח/\$ ארה"ב/אירו/יף/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
- 3.12.5. תוקף ההצעה 90 ימים.