

בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור ערכה לביצוע בדיקות ויטמינים A ו-E במערכת HPLC

(להלן – "הבקשה")

1.1. כללי

1.2. מכבי שירותי בריאות (להלן – "מכבי") מעוניינת לקבל הצעות לאספקת ערכה לביצוע בדיקות

ויטמינים A ו-E במערכת HPLC (להלן – "המוצרים והשירותים"), כמפורט בבקשה.

1.3. את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל גלית פלד לדואר אלקטרוני

peled_gali@mac.org.il עד 15.07.2025.

1.4. פרסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת

לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש

אופציות ככל שהן קיימות.

1.5. מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של

מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים. מכבי שומרת לעצמה

את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר ו/או לא להתקשר בהסכם

כלשהו עם מי מהפונים.

1.6. בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור

מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין

המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה

תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

1.7. אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר

למפורט בבקשה זו – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו

מעת לעת.

1.8. מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע (כולו או חלקו) שיימסר במסגרת תשובה לבקשה

לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.

1.9. המציע יספק על חשבון, על-פי דרישת מכבי ולמקום עליו תורה מכבי, בתוך חודש ימים

מדרישת מכבי, לתקופה של 3 חודשים לפחות, את הערכה המוצעת על-ידו להדגמה ולניסיון

ולצורך ביצוע אבולוציה מקצועית. האבולוציה תכלול כמות ריאגנטים לביצוע לפחות 250

דגימות לרבות ריאגנטים לבקרת איכות.

2. תיאור כללי של הדרישות המקצועיות לנשוא הבקשה:

- 2.1 המוצר הנדרש: מכבי שרותי בריאות מעוניינת לקבל מידע עבור ערכה המאפשרת ביצוע בדיקות ויטמינים E + A ממיצוי בודד בו זמנית בשיטת HPLC. אומדן כמות בדיקות שנתית - כ 4500 מכל אנליט.
- 2.2 יש לצרף את עלון הבדיקות ואת עלון SDS.
- 2.3 מענה טכני - יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלת מפרט הדרישות

התייחסות המציע	נושא/דרישה	
	<u>כללי</u>	1
	יש לציין האם ניתן לבצע מיצוי של ויטמין A ו-E בו זמנית במיצוי אחד	1.1
	יש לפרט את סוג הדגימה הנדרשת לביצוע הבדיקות	1.2
	יש לפרט סוג המבחנה הנדרשת ותנאי הלקיחה	1.3
	יש לפרט את נפח הדגימה הדרוש לביצוע הבדיקות	1.4
	יש לפרט את תנאי אחסון הדגימה עד מיצוי האנאליטים מהדגימה המקורית	1.5
	יש לפרט את מרכיבי הערכה (בופרים, קולונה וכו')	1.6
	יש לפרט את יציבות הריאגנטים השונים לאחר פתיחה	1.7
	יש לפרט את המתכלים/חומרים/ציוד נלווה הנדרשים לביצוע הבדיקה שאינם כלולים בערכה המוצעת.	1.8
	יש לפרט את כמות הבדיקות שניתן לבצע מערכה בודדת	1.9
	יש לפרט את תהליך מיצוי האנאליטים	1.10
	יש לפרט באילו תנאים יש לשמור את המיצוי וזמן יציבות האנליטים הנבדקים עד הרצתם	1.11
	<u>תנאי המערכת הנדרשת לעבודה עם הערכה המוצעת</u>	2
	יש לפרט את סוג המערכת נדרשת לביצוע הבדיקות (Gradient Isocratic Elution\Elution)	2.1
	יש לפרט את מספר הערוצים הנדרשים במשאבה	2.2
	יש לפרט את סוג הגלאי הנדרש ואת אורכי הגל לזיהוי האנאליטים	2.3
	יש לפרט את טווח הטמפרטורות הנדרש בתנור הקולונה	2.4
	יש לפרט את טווח הטמפרטורות הנדרשת ב- autosampler.	2.5
	<u>תנאי הרצה</u>	3
	יש לפרט מהו נפח ההזרקה המינימלי	3.1
	יש לפרט מהו זמן הריצה עד קבלת תוצאה עבור כל אחד מהאנאליטים	3.2
	יש לפרט את תנאי המערכת הנדרשים לצורך ביצוע הבדיקות (קצב, לחץ וכו').	3.3
	יש לפרט את סוג הקולונה על חלקיה השונים	3.4
	<u>כיילים ובקרים</u>	4
	יש לפרט את אופן הכנת הכיילים ויציבותם לאחר הפתיחה	4.1
	יש לציין האם מיצוי הכיילים זהה למיצוי דגימות נבדקים. במידה ולא יש לפרט את תהליך המיצוי ויציבותו.	4.2
	יש לפרט את אופן הכנת הבקרים ויציבותם לאחר הפתיחה	4.3
	יש לציין האם מיצוי הבקרים זהה למיצוי דגימות נבדקים. במידה ולא יש לפרט את תהליך המיצוי ויציבותו.	4.4

	יש לפרט באילו תוכניות בקרת איכות חיצונית משתתפת הערכה המוצעת. יש לצרף 3 דוחות אחרונים לדוגמא.	4.5
	ספק המערכת	5
	יש לפרט את ניסיון היצרן במתן תמיכה לערכה המוצעת	5.1
	יש לפרט את ניסיון הספק במתן תמיכה מקצועית בערכה המוצעת. יש לפרט את מספר אנשי האפליקציה למתן שירות טכני ואפליקטיבי	5.2
	יש לפרט את מספר המעבדות הקליניות בעולם המשתמשות בערכה המוצעת ואת שנות הניסיון.	5.3
	יש לפרט את מספר המעבדות הקליניות בארץ המשתמשות בערכה המוצעת ואת שנות הניסיון. יש לספק פרטי ההתקשרות עם מעבדות אלה.	5.4

3. טופס הבקשה :

- 3.1 התאגיד המציע: _____
- 3.2 שם היצרן: _____
- 3.3 שם הערכה: _____
- 3.4 ארץ ייצור: _____
- 3.5 וותק הטכנולוגיה בארץ/בעולם: _____
- 3.6 תקנים קיימים לערכה המוצעת: _____
- 3.7 מידע רלוונטי נוסף: _____

4. לקוחות מרכזיים:

לקוח	ארץ	ותק נשוא הבקשה אצל הלקוח	איש קשר	טלפון

5. עלויות משוערות:

אומדן כמות בדיקות שנתית - כ 4500 מכל אנליט

5.1 תוקף ערכה _____

5.2 עלות ערכה/בדיקה

זמינות אספקה	מטבע	מחיר	אומדן כמות ערכות	
				<u>הערכה המוצעת</u>

6. רשימת המתכלים/חומרים/ציוד נלווה הנדרשים לביצוע הבדיקה .

שם המכשיר /המתכלה	אומדן כמות לבדיקה בודדת	מחיר המכשיר /המתכלה	מטבע

7. מסמכים שיש לצרף להצעה:

- תקני איכות.
- פרוספקטים.
- כל מידע רלוונטי אחר.

8. הערות

- האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
- המחירים אינם כוללים מע"מ
- אין להציע מחיר עם יותר מ-2 ספרות אחרי הנקודה.
- ניתן להציע הצעות בש"ח/\$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
- תוקף ההצעה 90 ימים.