

## **בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות קיר משולבות** **אוטוסקופ- אופטלמוסקופ (להלן – "הבקשה")**

### **1. כללי**

- 1.1.** מכבי שירותי בריאות (להלן "מכבי") מעוניינת לקבל מידע בנושא בקשה לקבלת מידע (RFI) עבור מערכות קיר משולבות אוטוסקופ אופטלמוסקופ (להלן – "הבקשה") (להלן "המוצרים ו/או השירותים"), כמפורט בבקשה.
- 1.2.** את המידע יש למלא על גבי טופס הבקשה המצורף ולשלוח אל **ימית יחזקאל**, לדואר אלקטרוני [yamit\\_y@mac.org.il](mailto:yamit_y@mac.org.il) עד 05.03.2024.
- 1.3.** פרסום הבקשה למידע אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
- 1.4.** מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם מכרז ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.
- 1.5.** בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.
- 1.6.** אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר למפורט בבקשה זו – הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.
- 1.7.** מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע (כולו או חלקו) שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.
- 1.8.** המציע מתחייב לספק ללא חיוב, מַפְשֵׁד שני מכשירים לצורך ביצוע אבולוציה. האבולוציה תבוצע למכשירים העונים לדרישות המפורטות ויסופקו למכבי ללא עלות ועל חשבון הספק.

## 2. תיאור כללי של הדרישות המקצועיות לנשוא הבקשה:

### 2.1.

המוצר הנדרש –

מערכת משולבת אשר מהווה תחנת בסיס, המיועדת לתליה על הקיר, אליה מחוברות שתי ידיות אשר להן ניתן לחבר ראשים דיאגנוסטיים שונים.

### 2.2.

תחנת הבסיס מורכבת משנאי ומערכת לתליה של הידיות (עריסות).

### 2.3.

המערכת מסופקת עם ראש אוטוסקופ וראש אופטלמוסקופ

### 2.4.

מכבי רוכשת בשנה כ- 250 מערכות למתקניה השונים בפריסה ארצית.

### 2.5.

על המציע לצרף את עלון המכשיר והבדיקה הרלוונטית.

### 2.6.

מענה טכני - יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלת מפרט הדרישות.

| סעיף | נושא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | התייחסות הספק |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | <b><u>יכולות המערכת:</u></b><br>1.1 יש לפרט מהו מתח ההפעלה שהמערכת מספקת למכשירי הבדיקה שיוקנו על הידיות.<br>1.2 יש לפרט האם קיימת בטרייה או קבל פנימי המאפשרים המשך פעילות בזמן הפסקת חשמל                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 2.   | <b><u>ידית האוטוסקופ:</u></b><br>2.1 האם ראש האוטוסקופ מתחבר לידיה של היחידה הדיאגנוסטית המורכבת על הקיר?<br>2.2 יש לפרט מה מידת ההגדלה שמספק האוטוסקופ?<br>2.3 יש לפרט איזה נורה כולל האוטוסקופ (לד או רגיל, כמה וואט)<br>2.4 האם ראש האוטוסקופ אטום לאויר?                                                                                                                                                                                                               |               |
| 3.   | <b><u>ידית האופטלמוסקופ:</u></b><br>3.1 האם ראש האופטלמוסקופ מתחבר לידיה של היחידה הדיאגנוסטית המורכבת על הקיר?<br>3.2 יש לפרט כמה עדשות כולל ראש האופטלמוסקופ?<br>3.3 יש לפרט את טווח הכיסוי (מ... עד....)<br>3.4 יש לפרט איזה נורה כולל האופטלמוסקופ (לד או רגיל, כמה וואט)<br>3.5 האם ראש האופטלמוסקופ מכיל את הסדקים והפילטרים הבאים:<br>א. חור עגול קטן<br>ב. חור עגול גדול<br>ג. סדק פיקסציה<br>ד. פילטר RED FREE<br>ה. פילטר קובלט (אור כחול לשימוש עם פלואורסצאין) |               |

| סעיף | נושא                                                                                                                                                                                     | התייחסות הספק |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.   | <b><u>ממשק משתמש:</u></b><br>4.1 האם קיים סימון על גבי המוצר בעברית או באנגלית?<br>4.2 האם הסימון קיים על כל פונקציה במכשיר ועל כל מתג שליטה?<br>4.3 מה אורך הכבל אשר מתחבר לתחנת הבסיס? |               |
| 5.   | <b><u>חשמל ורשת:</u></b><br>5.1 יש לפרט מהי אספקת החשמל של המכשיר?<br>5.2 האם הסימון קיים על כל פונקציה במכשיר ועל כל מתג שליטה?                                                         |               |
| 6.   | <b><u>ניסיון:</u></b><br>יש לפרט את מידת הניסיון הספק באספקה, התקנה ותיקונים של מערכות קיר אוטוסקופ או פטלמוסקופ בארץ.                                                                   |               |
| 7.   | <b><u>אחריות:</u></b><br>7.1 יש לפרט כמה שנות אחריות מוצעת למערכת קיר?<br>7.2 יש לפרט האם קיימות דרישות יצרן לפעולות תחזוקה כלשהן ברמה שנתית?                                            |               |

### 3. טופס הבקשה :

- 3.1. שם הספק המציע: \_\_\_\_\_
- 3.2. שם היצרן: \_\_\_\_\_ ארץ ייצור: \_\_\_\_\_
- 3.3. דגם המערכת: \_\_\_\_\_
- 3.4. מידות המערכת המוצע: \_\_\_\_\_
- 3.5. ותק הטכנולוגיה בארץ : \_\_\_\_\_
- 3.6. תקנים קיימים למערכת המוצעת : \_\_\_\_\_
- 3.7. מידע רלוונטי נוסף: \_\_\_\_\_
- 3.8. זמן הספקה משוער: \_\_\_\_\_
- 3.9. שמות של לקוחות מרכזיים אשר רוכשים מכם את המוצר בשלוש השנים האחרונות:

| שם הלקוח | ותק נשוא<br>הבקשה אצל<br>הלקוח | שם איש קשר | טלפון נייד |
|----------|--------------------------------|------------|------------|
|          |                                |            |            |
|          |                                |            |            |
|          |                                |            |            |

### 3.10. הערכת מחירים

- מחיר מערכת קיר משולבת אוטוסקופ אופטלמוסקופ \_\_\_\_\_ מטבע \_\_\_\_\_
- מחיר ספקולום חד פעמי לאוזן למבוגר \_\_\_\_\_ (מחיר ליחידה) \_\_\_\_\_ מטבע \_\_\_\_\_
- מחיר ספקולום חד פעמי לאוזן לילד \_\_\_\_\_ (מחיר ליחידה) \_\_\_\_\_ מטבע \_\_\_\_\_
- מחיר מתקן אחסון נתלה לספקולום \_\_\_\_\_ מטבע \_\_\_\_\_

### 3.11. הערות:

- המחיר כולל אספקה ישירה בפריסה ארצית
- האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
- המחירים אינם כוללים מע"מ.
- אין להציע מחיר עם יותר מ-2 ספרות אחרי הנקודה.
- ניתן להציע הצעות בש"ח/\$ ארה"ב/אירו/יין יפני / פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי.
- לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש

### 3.12. מסמכים שיש לצרף לבקשה:

- תקני איכות.
- פרוספקטים.
- כל מידע רלבנטי אחר.